

ALLEGATO 1 – ELENCO DEGLI OGGETTI DELLE INDAGINI DI MERCATO

OGGETTO DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	AZIENDE SANITARIE INTERESSATE	NOTE ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
<p><u>Materiale di consumo originale e compatibile per monitor multiparametrici Nihon Kohden</u></p>	<p>Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto digitalmente Schede tecniche, ed altra documentazione tecnica ritenuta opportuna dall'operatore economico</p>	<p align="center">AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA</p>	<p>Materiale di consumo originale e compatibile. Piena compatibilità certificata con tutti i modelli Nihon Kohden in uso in AOU di Modena (G9, G5, PT, TR, PVM). Dovrà essere proposto un set di materiale deteriorabile in grado di rilevare QUALSIASI parametro rilevabile dai suddetti monitor. I materiali compatibili proposti dovranno essere perfettamente sovrapponibili al materiale originale in termini prestazionali, con particolare riferimento a incidenza di falsi allarmi, artefatti o interruzioni del monitoraggio. Verranno condotte prove comparative di idoneità con simulatore, con esito positivo obbligatorio.</p> <p>CARATTERISTICHE SPECIFICHE NIBP: dovrà essere garantita in particolare la compatibilità con l'uso corretto e sicuro dei seguenti software residenti sui monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trigger PWTT (Pulse Wave Transit Time) in grado di avviare l'attivazione di misurazioni di NIBP con cadenza personalizzata. • iNIPB in grado di minimizzare i tempi di rilevazione e le pressioni di gonfiaggio della cuffia, con beneficio in termini di comfort e tempi di rilevazione.