

## **Chiarimento PI239229-26**

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026 15:20

Domanda:

Spett. Ente, si chiede il seguente chiarimento: Nell' Allegato 3B-Requisiti indispensabili GaraA Lotto 1- e Nell' Allegato 3B-Requisiti indispensabili GaraA Lotto 3, nel Foglio "Requisiti Indispensabili, alla voce "Compresi nella fornitura è riportato: "Fornitura di un software intermedio fra le TS ed il LIS per la raccolta dei risultati prodotti le differenti TS con possibilità di elaborazione statistica ed epidemiologica dei risultati anche in modo cumulativo fra le due sedi". Si chiede, al fine di poter predisporre il progetto informatico, se il Servizio Sistemi Informativi è in grado di mettere a disposizione due server virtuali (uno il Lotto N°1 e uno per il Lotto N° 3) con le seguenti caratteristiche: Hypervisor: Hypervisor type 1 (VMware, AWS EC2, HyperV, Proxmox) CPU: >= 8 core Memory: >= 32 GB Network Adapter (NIC): 1 Virtual Disk: Total = 4 Performance = 150 IOPS (random128ko/1 thread) Virtual Disk #0: C: (System) = 70GB Virtual Disk #1: D: (Applications) = 200GB Virtual Disk #2: E: (Database) = 250GB Virtual Disk #3: F: (Backup) = 350GB Grazie, cordiali saluti.

### **Risposta :**

Buongiorno,

si precisa che, qualora la Ditta Partecipante intenda proporre una soluzione basata su server virtuali, gli stessi saranno resi disponibili presso il Datacenter Lepida secondo le indicazioni Aziendali/Regionali".

In tale ipotesi, la Ditta Partecipante dovrà includere nell'offerta tecnica il progetto infrastrutturale della soluzione proposta e riportare nell'Allegato 6 – Dettaglio d'offerta la stima dei costi annui indotti relativi all'infrastruttura virtuale, elaborata sulla base del vigente listino Lepida.

Resta ferma la possibilità per le Ditte Partecipanti proporre, secondo quanto previsto dagli atti di gara, soluzioni basate sia su server fisici sia su server virtuali.

## **Chiarimento PI244122-26**

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026 14:52

Domanda: Buongiorno, in merito al Lotto 4, il file 4-Allegato3D\_assistenza\_tecnica\_GaraA\_lotto4 presenta dei refusi sui titoli delle schede. Per il Lotto 3 e 4 i file in excel inoltre presentano delle celle bloccate dove è impossibile inserire i dati. Si richiede cortesemente la disponibilità dei file in formato modificabile. Grazie Cordiali saluti

**Risposta :** Buongiorno

Si, trattasi di un refuso. Si allega v1 con titolo corretto.

Gli altri file con le celle sbloccate sono tutti già stati pubblicati nella sezione avvisi di SATER - AVVISO 14/05/2026

File allegato 4-Allegato3D\_assistenza\_tecnica\_\_GaraA\_lotto4\_v1.xlsx

## **Chiarimento PI240773-26**

Ultimo aggiornamento: 21/05/2026 14:50

Domanda : Spett. Ente, si chiede il seguente chiarimento: Nell'Allegato 3B- Requisiti indispensabili Gara Lotto 1 si segnala che la colonna C (Risposta al quesito SI/NO) risulta bloccata dalla riga 7 in poi impedendo la digitazione della risposta. Si chiede di modificare tale documento per renderlo disponibile alla compilazione. Grazie, cordiali saluti.

### **Risposta :**

Buongiorno

è stato pubblicato avviso 14/05/2026 con gli allegati .xlsx resi fruibili per la compilazione nella cartella allegati .xlsx resi fruibili.zip

Cordiali saluti

## **Chiarimento PI233816-26**

Ultimo aggiornamento: 12/05/2026 17:41

Domanda : Spett.le Amministrazione, si richiede quanto di seguito: In riferimento al Lotto 2 "Fornitura di sistemi automatizzati per la colorazione di preparati microscopici in ambito microbiologico e per la preparazione di citospin, idonei all'esecuzione delle principali metodiche (Gram, Kinyoun/Ziehl-Neelsen per AAR, Auramina-Rodamina, May Grünwald Giemsa o equivalenti)" e più precisamente in relazione alla tipologia di strumenti da fornire per soddisfare il fabbisogno richiesto, si chiede conferma di poter offrire strumentazioni polifunzionali per poter effettuare più metodiche/allestimenti oggetto di procedura, a bordo della stessa strumentazione con reagenti sempre caricati a bordo della medesima e pronti all'uso. Il file 2-Allegato3D\_assistenza\_tecnica\_GaraA\_lotto2 presenta dei refusi sui titoli delle schede. Si richiede cortesemente la modifica. Si segnala inoltre che i file; 2-Allegato3B\_RequisitiIndispensabili\_GaraA\_lotto2, 2-Allegato3B1\_QuestionarioTS\_GaraA\_lotto2, 2-Allegato6\_Dettaglio dofferta\_GaraA\_lotto2, 2-Allegato3D\_assistenza\_tecnica\_GaraA\_lotto2, 2-Allegato3C SchedaTecnica TS\_GaraA\_lotto2 presentano delle celle bloccate con pw in cui non possono essere inseriti i dati. Si chiede cortesemente di renderli disponibili completamente editabili si ringrazia anticipatamente un cordiale saluto

### **Risposta :**

Buongiorno

in riferimento al primo punto si conferma che, per il Lotto 2, è ammessa l'offerta di strumentazioni polifunzionali in grado di eseguire, sulla medesima piattaforma, più metodiche e/o allestimenti tra quelli oggetto della procedura anche se questa possibilità deve essere intesa solo come garanzia di flessibilità in caso di impedimento momentaneo all'utilizzo di una delle piattaforme disponibili nella stessa sede del laboratorio; il numero di piattaforme offerte infatti deve consentire l'esecuzione contemporanea e dedicata delle diverse colorazioni. Per quanto riguarda l'allestimento di preparati microscopici su vetrino previa centrifugazione diretta (citospin) per tale funzionalità non è necessariamente richiesta una strumentazione dedicata ma potrà essere effettuata sulle medesime piattaforme previste per la colorazione dei preparati.

in riferimento al secondo punto sono stati corretti e modificati, rendendoli fruibili per la compilazione i seguenti allegati:

- 2-Allegato3D\_assistenza\_tecnica\_GaraA\_lotto2
- 2-Allegato3B\_RequisitiIndispensabili\_GaraA\_lotto2
- 2-Allegato3B1\_QuestionarioTS\_GaraA\_lotto2

Tutti gli altri allegati risultano fruibili correttamente.

**Si veda la cartella:**

**Allegati modificati chiarimento PI233816-26.zip**

## **Chiarimento PI236548-26**

**Ultimo aggiornamento: 12/05/2026 17:22**

**Domanda :** Spett.le Amministrazione, si chiede quanto di seguito: 1. In riferimento al Lotto 2 "Fornitura di sistemi automatizzati per la colorazione di preparati microscopici in ambito microbiologico e per la preparazione di citospin, idonei all'esecuzione delle principali metodiche (Gram, Kinyoun/Ziehl-Neelsen per AAR, Auramina-Rodamina, May Grünwald Giemsa o equivalenti)" e più precisamente in relazione al file "Disciplinare gara fornitura sistemi diagnostici microbiologia clin 4 lotti\_signed", alla voce Offerta Tecnica, allegato F: "integrazione LIS", si chiede conferma che si tratti di refuso in quanto per questa tipologia di strumentazione non vi è alcuna necessità di interfacciamento. 2. In riferimento al Lotto 2 "Fornitura di sistemi automatizzati per la colorazione di preparati microscopici in ambito microbiologico e per la preparazione di citospin, idonei all'esecuzione delle principali metodiche (Gram, Kinyoun/Ziehl-Neelsen per AAR, Auramina-Rodamina, May Grünwald Giemsa o equivalenti)" e più precisamente in relazione al file " 2-Allegato3D\_assistenza\_tecnica\_GaraA\_lotto2", foglio "Allegato 3D.3 (Remote Service)", si chiede conferma che si tratti di refuso in quanto per questa tipologia di strumentazione non vi è necessità di collegamento da remoto. 3. In riferimento al Lotto 2 "Fornitura di sistemi automatizzati per la colorazione di preparati microscopici in ambito microbiologico e per la preparazione di citospin, idonei all'esecuzione delle principali metodiche (Gram, Kinyoun/Ziehl-Neelsen per AAR, Auramina-Rodamina, May Grünwald Giemsa o equivalenti)" e più precisamente in relazione al file "Disciplinare gara fornitura sistemi diagnostici microbiologia clin 4 lotti\_signed", alla voce Offerta Tecnica, allegato E: "Cybersecurity", si chiede conferma che si tratti di refuso in quanto non applicabile su questa tipologia di strumentazione priva di interfacciamenti e/o collegamento da remoto. 4. In riferimento al Lotto 2 "Fornitura di sistemi automatizzati per la colorazione di preparati microscopici in ambito microbiologico e per la preparazione di citospin, idonei all'esecuzione delle principali metodiche (Gram, Kinyoun/Ziehl-Neelsen per AAR, Auramina-Rodamina, May Grünwald Giemsa o equivalenti)" e più precisamente in relazione al file "2-Allegato3B\_RequisitiIndispensabili\_GaraA\_lotto2" foglio "Requisiti Indispensabili", si chiede di poter inserire nella colonna relativa a "Riferimento (pag. ) Manuale d'uso o IFU" anche eventuale altra documentazione di riferimento ( esempio Relazione tecnica ecc). 5. In riferimento al Lotto 2, in specifico a Allegato3B1\_QuestionarioTS\_GaraA\_lotto2, e più precisamente al punto "programmi/progetti aziendali relativamente un approccio green (allegato

H\_Green Deal”, si chiede cortesemente di specificare cosa si debba inserire come allegato H\_Green Deal in quanto non presente tra i documenti di gara. Si ringrazia

**Risposta :**

Buongiorno

in riferimento al primo punto del quesito si conferma che, per le tecnologie oggetto del Lotto 2, l’interfacciamento con il LIS non costituisce requisito indispensabile ai fini della partecipazione, in considerazione della tipologia di strumentazione richiesta.

in riferimento al secondo punto del quesito si conferma che il collegamento da remoto non costituisce requisito obbligatorio per le tecnologie afferenti al Lotto 2.

in riferimento al terzo punto del quesito si precisa che la documentazione relativa alla cybersecurity deve essere presentata laddove applicabile alla configurazione della tecnologia offerta. Se non applicabile, dovrà essere motivato.

in riferimento al quarto punto del quesito si conferma che potranno essere indicati anche riferimenti ad altra documentazione tecnica ufficiale del fabbricante

in riferimento al quinto punto del quesito si chiarisce che dovrà essere predisposta autonomamente una relazione sintetica descrittiva delle politiche, programmi, progetti o iniziative aziendali adottate in materia di sostenibilità ambientale e approccio “green”, coerentemente con quanto richiesto dal CSA.

Cordiali saluti

## **Chiarimento PI231049-26**

Ultimo aggiornamento: 12/05/2026 17:19

**Domanda :** Buongiorno, in riferimento al lotto 4 si chiede di specificare il numero degli strumenti necessari per l'esecuzione e la lettura dei test Kirby-Bauer ed E-Test. Grazie

### **Risposta :**

Buongiorno

come indicato nella documentazione di gara, la soluzione tecnologica dovrà essere adeguata ai fabbisogni indicativi riportati, garantendo la piena operatività delle attività diagnostiche presso entrambe le sedi interessate (OCB e POL) e la continuità di servizio oltre ai livelli prestazionali coerenti con i volumi richiesti.

## **Chiarimento PI234446-26**

Ultimo aggiornamento: 11/05/2026 19:12

**Domanda :** Spett.le Amministrazione, si chiede di confermare che, per il lotto 2 – colorazioni per microbiologia, la garanzia provvisoria sia da calcolare sull'importo complessivo del lotto quindi 250.000,00€ si ringrazia

### **Risposta :**

Buongiorno

l'importo della garanzia provvisoria è pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 36/2023.

Pertanto per il Lotto 2 deve essere preso in considerazione il valore complessivo definito dalla somma della base d'asta e delle opzioni ai sensi dell'art.120 (valore complessivo pari a € 750.000,00).

Gli importi di garanzia sono riportati nella tabella 7 dell'art. 20 del Disciplinare pag.20.

A tale importo potranno essere applicate le riduzioni previste nel medesimo articolo del Disciplinare pag. 22, se ricorrono le condizioni previste.

Cordiali saluti

## **Chiarimento PI233553-26**

Ultimo aggiornamento: 11/05/2026 19:07

**Domanda :** Spett. Ente, si chiede la possibilità di effettuare un sopralluogo presso i Laboratori interessati per visionare il layout dei locali e verificare eventuali necessità per il posizionamento delle strumentazioni (es. banchi di appoggio) Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

**Risposta :** Buongiorno

si conferma. Si faccia riferimento all'avviso pubblicato in data odierna con tutte le indicazioni per la richiesta di sopralluogo.

Cordiali saluti

## **Chiarimento PI224501-26**

Ultimo aggiornamento: 11/05/2026 19:04

**Domanda :** Spett. Ente, considerando la complessità della procedura in oggetto, al fine di predisporre un'adeguata e completa offerta tecnica ed economica, si chiede la proroga del termine di presentazione delle offerte al 10 luglio 2026. Confidando in un positivo accoglimento della richiesta, porgiamo cordiali saluti.

**Risposta :** Buongiorno,

è stata prevista la proroga dei termini di presentazione delle offerte fino al 3 luglio 2026 ore 13. Considerata la possibilità di effettuare sopralluoghi ai laboratori interessati (si faccia riferimento all'avviso pubblicato) si procederà alla proroga delle tempistiche relative alla formulazione dei chiarimenti e conseguente proroga del termine di presentazione dell'offerta con queste nuove date:

Fino al 21 maggio 2026 ore 18:00 richiesta sopralluogo

Dal 25 maggio 2026 al 29 maggio 2026 sopralluoghi

Termine ultimo per presentare quesiti 8 giugno 2026 ore 12:00

Termine risposta quesiti 19 giugno 2026 ore 18:00

**Termine ultimo presentazione offerte 3 luglio 2026 ore 13:00**

Saluti

## **Chiarimento PI236060-26**

Ultimo aggiornamento: 11/05/2026 18:54

### **Domanda :**

Buongiorno, lo scrivente Operatore Economico rappresenta la necessità di disporre di un termine più ampio per il completamento e la corretta predisposizione della documentazione tecnica richiesta, in considerazione della complessità degli elaborati da produrre e delle attività di verifica tecnica e documentale necessarie a garantire la piena rispondenza dell'offerta alle specifiche previste dalla lex specialis. Al fine di presentare un'offerta tecnicamente completa, accurata e pienamente conforme alle prescrizioni di gara, e nel rispetto dei principi di diligenza e correttezza, si chiede pertanto di prorogare il termine di presentazione delle offerte fino al 31/06/2026. Tale proroga consentirebbe una più puntuale e qualificata partecipazione alla procedura, senza incidere sull'oggetto della gara né sulle condizioni sostanziali della stessa.

### **Risposta :**

Buongiorno

a seguito di richiesta di sopralluogo da parte di un operatore economico, la Stazione appaltante conferma tale possibilità a tutti gli operatori economici che ne facciano richiesta.

A seguito dell'apertura dell'opportunità dei sopralluoghi si procederà alla proroga delle tempistiche relative alla formulazione dei chiarimenti e conseguente proroga del termine di presentazione dell'offerta con queste nuove date:

Fino al 21 maggio 2026 ore 18:00 richiesta sopralluogo

Dal 25 maggio 2026 al 29 maggio 2026 sopralluoghi

Termine ultimo per presentare quesiti 8 giugno 2026 ore 12:00

Termine risposta quesiti 19 giugno 2026 ore 18:00

**Termine ultimo presentazione offerte 3 luglio 2026 ore 13:00**