

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N.50/2016

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha la necessità di procedere all'affidamento della fornitura, come da allegato n. 1, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 40 comma 2 del Codice degli appalti, a far tempo dal 18 ottobre 2018 decorre l'obbligo dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione pubbliche.

L'Azienda inviterà a *formulare offerta tutti gli operatori economici:*

- *che avranno manifestato il loro interesse, entro il termine più avanti indicato, mediante invio dell'allegata scheda al seguente indirizzo pec: acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it*
- *che, alla data di trasmissione della lettera di invito, risulteranno iscritti al SATER, per la categoria merceologica sotto indicata.*

Per l'espletamento della procedura negoziata, questa Amministrazione si avvarrà del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla procedura di cui trattasi, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto.

Registrazione presso SATER

Ai fini della partecipazione alla procedura, è indispensabile essere registrati al SATER (ed in particolare alla classe merceologica indicata nella sottostante tabella), secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Elenco forniture

Elenco/Lotti (breve descrizione)	Classe merceologica di iscrizione CPV	Nota (eventuale)
v. allegato		

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato preordinata ad individuare gli interessati, che verranno in seguito invitati alla successiva procedura negoziata.

Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione, inviando il modello allegato, sottoscritto mediante firma digitale, tassativamente

entro le ore 12.00 del giorno 10.02.2020

al seguente indirizzo pec: acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il Dirigente delegato
del Servizio Unico Acquisti e Logistica



ALLEGATO 1

		risposta con note/osservazioni
Oggetto fornitura		
1) Catetere a fibre ottiche per la misurazione in continuo della portata cardiaca, del Volume di Fine Diastole del Ventricolo Destro e della SvO2	Modello tipo Swan-Ganz IntelliCath codice 774F75	
2) UTILIZZO STRUMENTO		
TOTALE A BASE D'ASTA (iva inclusa) (non superabile)	€ 56.000/anno	
Caratteristiche tecnologiche richieste		
Catetere polmonare flottante originale da 7,5 F (french) a 6 lumi per il monitoraggio continuo della portata cardiaca (CCO), del volume telediastolico destro (CEDV), della frazione d'eiezione del ventricolo destro (EF), della saturazione venosa mista d'ossigeno (SvO2) e per il monitoraggio delle pressioni cardiache endocavitarie destre	richiesto	
Compatibilità la metodica dell'iniezione di boli freddi.	richiesto	
Compatibilita' con il sistema Edwards Vigilance	richiesto	
Palloncino in lattice naturale a perfetta simmetria assiale Valvola di controllo per il gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino ad attivazione rapida (non a rubinetto).		
Sopralluogo		
Da eseguire a discrezione della ditta partecipante per la verifica di impianti e dotazioni macchina ed analisi fattibilità	Non necessario	