

ALLEGATO 1**ELENCO DEGLI OGGETTI DELLE CONSULTAZIONI DI MERCATO**

OGGETTO DELL'INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO	DOCUMENTAZIONE RICHIEDA	AZ. SANITARIA INTERESSATA	NOTE ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Protesi fonatorie: primo impianto revisione materiale di consumo	<ul style="list-style-type: none">- Allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto digitalmente- Schede tecniche- Relazione tecnica dove si evincano le caratteristiche richieste- Dichiarazione CE IVD ed altra documentazione tecnica ritenuta opportuna dall'operatore economico	AOU di Modena	

Caratteristiche del prodotto tipo:

- La protesi fonatoria, flange, corpo protesico e sportellino valvolare costituito di silicone medicale e fluoplastica.
- Lunghezza della protesi variabile da 4 e 22 mm.
- Il diametro può essere compreso all'interno di un intervallo che va da 16 a 22,5 French.
- Filtro scambiatore di calore e umidità HME.
- Protesi free hands.