



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

Servizio Unico Acquisti e Logistica  
Settore procedure

**AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS.  
50/2016**

**PER L'ACQUISTO DI BENI RITENUTI DI NATURA INFUNGIBILE.**

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena con sede a Modena via del Pozzo n. 71 telefono 059 4222390 fax 0594222305, indirizzo pec acquisti.segreteria@pec.aou.mo.it e indirizzo Internet <http://www.aou.mo.it>, ha la necessità di procedere alla acquisizione di fornitura dei seguenti prodotti, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato 2 :

"Fornitura Sistema Sacche nutrizionali"	Fabbisogno	Importo presunto di spesa per tre anni
Sistema di preparazione sacche per la nutrizione parentale comprensiva di strumentazione e relativi materiali	Triennale	€ 210.000 (I.v.a. esclusa)

Si precisa che in fase di avvio del procedimento potranno essere previste opzioni di estensione della fornitura ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.a del D.lgs. 50/2016.

Al fine di verificare l'assetto dei mercati di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, e verificarne la rispondenza alle esigenze della Azienda Sanitaria interessata, si ritiene di svolgere, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 50/2016, consultazioni preliminari di mercato relative ai beni sopra indicati.

Si precisa che queste indagini di mercato hanno esclusivamente finalità esplorative e sono preordinate ad individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i servizi con caratteristiche tecniche equivalenti in termini di funzione e di finalità di utilizzo.

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della fornitura o del servizio relativamente al quale hanno espresso interesse.

Il presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Modena ad avviare procedure di alcun tipo.

L'avviso di consultazione di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso, sulla piattaforma SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna) di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici e pubblicata sul sito dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Modena, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute.

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti od interessati possano vantare alcuna pretesa.

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, come definiti dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oggetto di specifica dichiarazione, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000.

L'operatore economico che intende dimostrare il proprio interesse, oltre ad essere iscritto al portale Sater della piattaforma telematica di Intercent-ER, dovrà presentare documentazione come di seguito riportata, dei prodotti offerti e inviare la documentazione richiesta utilizzando sempre la piattaforma SATER – SEZIONE CONSULTAZIONI DI MERCATO.

Ai sensi dell'art.15 della legge n. 183 del 12/11/2011, non sarà accettato alcun certificato da parte delle imprese, ma solamente dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali.

*La manifestazione di interesse da presentarsi su carta intestata ed i relativi allegati (Allegato 1, schede tecniche e dichiarazione CE IVD, relazione tecnica da cui si evincano le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 2), sottoscritti mediante firma digitale, dovranno essere trasmessi entro le ore **12,00 del giorno 07.09.2022**;*

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Data dell'avviso 12.08.2022

Il Dirigente  
del Servizio Unico Acquisti e Logistica  
Dott. Scaletti Mario

Referente amministrativo:

Dott.ssa Malagola Chiara - Tel. 059.4223483 – Mail [malagola.chiara@aou.mo.it](mailto:malagola.chiara@aou.mo.it)

**ALLEGATO 1**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE  
DI CUI ALL'ART. 80 D.LGS. N. 50/2016**

**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR  
445/2000**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ ( ),  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Operatore  
economico \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via  
\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_,

- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
- a corredo della manifestazione di interesse all'Avviso di Indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 con oggetto "Avviso consultazione di mercato per la fornitura di un sistema di preparazione sacche per la nutrizione parentale comprensiva di strumentazione e relativi materiali" pubblicato dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, sul portale SATER DELLA PIATTAFORMA Intercent-ER e sul proprio sito istituzionale;

**DICHIARA**

- Che l'Operatore economico rientra tra le categorie di soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
- Che l'Operatore economico è iscritto nel registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;
- Che l'Operatore economico possiede il codice fiscale \_\_\_\_\_ e numero di partita IVA \_\_\_\_\_;
- Che l'Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di essere consapevole che per la procedura negoziata, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si avvarrà del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- di essere consapevole che, ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, è indispensabile essere registrati al SATER (ed in particolare alla classe merceologica indicata), secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

(data)

(firma digitale)

.....

.....

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI PRODOTTI RICHIESTI

Il sistema per la preparazione delle sacche per la nutrizione parenterale totale adulti e pediatrica, destinato al Laboratorio Centralizzato di Galenica Provinciale presso l'AOU di Modena deve avere le seguenti caratteristiche, da considerarsi come requisito minimo:

L'attrezzatura con la quale vengono prodotte queste sacche, in camera bianca, deve garantire

- 1) la possibilità di avere il sistema a circuito chiuso che eviti manipolazioni, che potrebbero alterare la stabilità del preparato;
- 2) la possibilità di misurazione precisa di piccolissimi volumi adatti ad essere infusi anche a bimbi nati prematuramente e di basso peso corporeo (0,2 ml per micro volumi ( con step di 0,1ml ) per almeno 4 linee);

in particolare rispetto a quest'ultima caratteristica

il sistema di riempimento automatico per la preparazione di sacche nutrizionali pediatriche, deve essere dotato di sistema computerizzato di comando e composto di modulo per macronutrienti e modulo per micronutrienti per un totale di almeno 17 vie di riempimento che permetta il riempimento di sacche, sia a doppio comparto che mono comparto in maniera automatica e a circuito chiuso e con le seguenti caratteristiche tecniche :

Accuratezza:

- Accuratezza del 10% per dosaggi dai 0,2 a 2 ml
- Accuratezza del 7% per dosaggi dai 2 a 10 ml
- Accuratezza del 5% per dosaggi dai 10 a 450 ml

Volume minimo erogabile per linea:

- 5 ml per macro volumi (con step di 0,1ml)
- 0,2 ml per micro volumi (con step di 0,1ml ) per almeno 4 linee