

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena intende procedere all'acquisto di PLACCHE APTUS PER RADIO E MANO, con le seguenti caratteristiche:

- Placche a stabilità angolare multidirezionale con possibilità di inclinare le viti su tutti i piani di +/-15° in tutti punti del foro (360°)
- Stabilità angolare assicurata da un sistema con 3 cavità che permetta il bloccaggio per attrito e non con filetto su filetto garantendo la possibilità di riposizionare la vite fino a 3 volte
- Grande varietà di placche sia con approccio volare che dorsale per il radio e grandissima varietà di placche per la mano che permettano di trovare la placca più adatta alla riduzione di quella frattura
- Disponibilità di una placca da polso che possa essere inserita al limite della linea spartiacque senza provocare danni al flessore lungo del pollice
- Disponibilità di una placca che consenta la riduzione di piccolissimi frammenti intra-articolari che possono la causa di future artrosi radio carpali
- Disponibilità di una placca multidirezionale con una mascherina che consenta il posizionamento guidato delle viti
- Capacità delle placche dorsali di permettere il posizionamento senza la rimozione del tubercolo di Lister
- Sistema completo di placche per le artrodesi sia di polso sia carpali, comprese una placca per la artrodesi totale di polso con viti solo su radio e carpo, una per la artrodesi radio-scafo lunata e una per l'artrodesi carpale STT
- Placche a bassissimo profilo con uno spessore di 1,6 mm per il radio , di 1.0 mm per il metacarpo e di 0,6 mm per le falangi
- Meccanismo di connessione tra la vite e il cacciavite ad esagono, con 6 punti di contatto tra i 2, permettendo una presa ottimale della vite
- Contenitore del kit d'impianto è modulabile in base alle esigenze dei chirurghi

L'eventuale fornitura potrà anche estendersi alle aziende afferenti l'Area Vasta Emilia Nord.

Sulla base del fabbisogno biennale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, il costo presunto relativo al biennio ammonta a euro 200.000,00 oltre a Iva.

Al fine di conoscere l'assetto dei mercati di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, e verificarne la rispondenza alle esigenze delle Aziende Sanitarie interessate, si ritiene di svolgere, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 50/2016, consultazioni preliminari di mercato relative ai beni descritti.

Si precisa che queste indagini di mercato hanno esclusivamente finalità esplorative e sono preordinate ad individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodotti indicati, o prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti in termini di funzione e di finalità di utilizzo.

Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della fornitura o del servizio relativamente al quale hanno espresso interesse.

Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. L'indagine di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ad avviare procedure di alcun tipo.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti od interessati possano vantare alcuna pretesa.

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, come definiti dall'art. 45 del D.Lgs 50/2016, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, oggetto di specifica dichiarazione, secondo l'allegato facsimile, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art.15 della legge n. 183 del 12/11/2011, non sarà accettato alcun certificato da parte delle imprese, ma solamente dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali.

La manifestazione di interesse, con l'allegata dichiarazione e la scheda tecnica del prodotto, dovranno essere trasmessi entro e non oltre le **ore 16.00** del giorno **13/06/2018** al seguente indirizzo pec: acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it.

La manifestazione di interesse e la dichiarazione allegata devono essere sottoscritte mediante firma digitale.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

RUP: Dott.ssa Sabrina Amerio

Per informazioni:

Sig.ra Daniela Goldoni – tel. 059/4222160