

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**  
**PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA,**  
**AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2- LETT. B), DEL D.LGS. N.50/2016**  
**Assistenza tecnica di manutenzione straordinaria Full Risk comprensiva delle visite di**  
**manutenzione preventiva dei riuniti odontoiatrici e loro accessori**  
**(Aspiratori e Compressori).**

Determinazione a contrarre n. 973/2017

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, con sede a Modena, via del Pozzo 71 ha necessità di affidare "Assistenza tecnica di manutenzione straordinaria Full Risk comprensiva delle visite di manutenzione preventiva dei riuniti odontoiatrici e loro accessori (Aspiratori e Compressori)" per una durata di tre anni, occorrente all'Unione d'Acquisto fra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (AOU MO) e l'Azienda Usl di Modena (AUSL MO), alle condizioni disciplinate nella lettera di invito che verrà successivamente trasmessa.  
Le apparecchiature oggetto del presente contratto di manutenzione sono quelle riportate nelle seguenti tabelle:

Tabella A

Poliambulatorio di Baggiovara		
N°1	Puma EVO 5	MATR. 08DBO
N°1	Sistema Osmosi PURA 2	
N°1	Riunito Puma Cart	MATR. 08DBO
poliambulatorio di Modena		
N° 2	Riuniti Skema 4	MATR. 99FGG – 99FGH
N°1	Riunito PUMA EVO	MATR. 08DBM
N°1	Riunito PUMA EVO 5	MATR. D01851
N°1	Compressore	
N°1	Aspiratore	
Poliambulatorio di Carpi		
N°1	Riunito Puma	MATR. 02BCW
N°1	Puma Eli	MATR. 06FAX
N°1	Aspiratore	
N°1	Compressore	
Ambulatorio di Mirandola		
N° 2	Riuniti Puma	MATR. 02BAX – 02BAW
N°1	Aspiratore	
N°1	Riunito Puma Cart	MATR. 04GAC
Poliambulatorio di Formigine		
N°1	Riunito Puma	MATR. 01FAT
N°1	Aspiratore	
Poliambulatorio di Pavullo		
N°1	Riunito Puma	MATR. 02BGP
N°1	Compressore	
N°1	Aspiratore	
Carcere S.Anna di Modena		
N°1	Riunito Skema 4	MATR. 99FGW
N°1	Compressore	
N°1	Aspiratore	

Poliambulatorio di Sassuolo		
N°1	Riunito Skema 4	MATR. 99FGU
N°1	Riunito Puma	MATR. 03DFM
N°1	Puma Evo 5	MATR. 08CAC
N°1	Puma Evo 5 ambi	MATR. 08CAD
N°1	Aspiratore	
N°1	Compressore	
N°1	Riunito Puma Cart	MATR. 04GAB
Poliambulatorio di Vignola		
N°1	Riunito EVO	MATR. 99FGV
N°1	Aspiratore	
N°1	Compressore	
Poliambulatorio di Castelfranco Emilia		
N°1	Riunito Puma Eli	MATR. 06FAZ
N°1	Aspiratore	
Medicina Penitenziaria di Castelfranco Emilia		
N°1	Riunito Skema 4	MATR. 99FGI
N°1	Aspiratore	
Poliambulatorio di Finale Emilia		
N°1	Riunito Puma Eli	MATR. 06FAY
N°1	Aspiratore	
Azienda Ospedaliera Modena		
N°1	Riunito Skema 4	MATR. 95EBL
N°1	Riunito Skema 4	MATR. 95EAW
N°1	Puma Plus	MATR. 03JAJ
N°1	Puma Plus	MATR. 03KGU
N°1	Aspiratore	
N°1	Compressore	

Breve descrizione del servizio di minima richiesto per ogni singola apparecchiatura:

Visite di manutenzione Preventiva programmata bimestrali (n° 6/anno)

Visite di Manutenzione Correttiva Illimitate, comprensive di tutti i Ricambi necessari al corretto funzionamento del Riunito. (si intendono esclusi solo i materiali consumabili es filtri, olio, i materassini, i manipoli, e/o le parti danneggiate causa trauma o uso improprio)

Le visite di manutenzione preventiva sui **Riuniti Odontoiatrici** dovranno comprendere i seguenti controlli di minima:

controllo ed eventuale intervento parti strutturali e meccaniche di impianto e poltrona;

controllo ed eventuale intervento collegamenti e componenti del circuito idraulico impianto;

controllo ed eventuale intervento ai collegamenti e componenti del circuito pneumatico dell'impianto;

controllo ed eventuale intervento ai collegamenti e componenti del circuito della poltrona;

controllo ed eventuale intervento ai collegamenti e componenti del circuito elettrico impianto e poltrona;

verifica delle tarature di esercizio su impianto idro/pneumatico del riunito;

verifica funzionale della lampada operativa;

controllo e lubrificazione manipolo turbina;

controllo e verifica pressioni di esercizio siringa;

controllo e verifica delle tensioni di esercizio micromotore;  
controllo funzionale del sistema di aspirazione;  
controllo e verifica dei parametri di esercizio strumentazione ausiliaria;  
sanificazione semestrale dei circuiti idrici e di aspirazione.

Le visite di manutenzione preventiva sui **compressori** dovranno comprendere i seguenti controlli di minima:

controllo ed eventuale intervento alle parti strutturali e meccaniche;  
controllo ed eventuale intervento ai collegamenti e componenti del circuito elettrico; controllo alle tarature di esercizio  
controllo livello olio.

L'intervento di assistenza tecnica programmata sul **motore aspiratore** dovrà comprendere i seguenti controlli di minima:

controllo ed eventuale intervento alle parti strutturali e meccaniche;  
controllo ed eventuale intervento ai collegamenti e componenti del circuito elettrico;

L'importo complessivo a base d'asta della procedura negoziata in oggetto, a lotto unico, per tre anni è pari ad € 75.000,00 oltre a Iva, CIG QUADRO 72297301EF.

L'aggiudicatario sarà tenuto a consentire l'ampliamento del contratto – agli stessi prezzi, patti e condizioni – fino alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 D.Lgs 50/2016, oltre a IVA, anche a favore delle altre aziende sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord non ricomprese nella presente gara che ne ravvisino la necessità e ne facciano richiesta entro i termini di scadenza del contratto stesso, fermo restando che la durata dell'adesione non potrà superare il termine del contratto unico originario.

*L'Azienda intende invitare a formulare offerta (almeno) cinque operatori economici ove esistenti.*

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, come definiti dall'art. 45 del D.Lgs 50/2016, iscritti al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, oggetto di specifica dichiarazione, secondo l'allegato facsimile, resa ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art.15 della legge n. 183 del 12/11/2011, non sarà accettato alcun certificato da parte delle imprese, ma solamente dichiarazioni sostitutive di certificazione.

La manifestazione di interesse e la dichiarazione allegata, sottoscritti mediante firma digitale, dovranno essere trasmessi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/10/2017 al seguente indirizzo pec: [acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it](mailto:acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it).

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

RUP: Dott.ssa Sabrina Amerio

Per informazioni di carattere tecnico: Edgardo Cerchiari – tel. 0536/29121

Il Dirigente Responsabile  
del Servizio Unico Acquisti e Logistica